



中华人民共和国国家标准

GB/T 29905—2013

木材防腐剂流失率试验方法

Laboratory method of determining the leachability of wood preservatives

2013-11-12 发布

2014-04-11 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所。
本标准主要起草人:蒋明亮、李志强。

木材防腐剂流失率试验方法

1 范圍

本标准规定了木材防腐剂流失率实验室试验方法。

本标准适用于各种木材防腐剂流失率的分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14019 木材防腐术语

GB/T 23229 水载型木材防腐剂分析方法

3 术语和定义

GB/T 14019 界定的术语和定义适用于本文件。

4 试样的准备、防腐处理及流失方法

4.1 试样的准备

4.1.1 试样树种的选择

选择马尾松(*Pinus massoniana*)或湿地松(*P. elliottii*)树种,根据需要也可选择特定的树种,应注明试样树种的产地和简要的立地条件。

4.1.2 试样制备

试样应为未经化学药剂处理过的健康、无缺陷的边材。试样尺寸为:20 mm×20 mm×20 mm,试样的年轮宽窄适中,端面约4个~6个年轮,试样间密度偏差不超过15%。

4.2 防腐处理

4.2.1 防腐处理方法

每种待测防腐剂选择使用 2 个~4 个浓度,浓度应根据试验目标载药量而定,得到 2 个~4 个载药量。试样在防腐处理前应逐一编号、干燥、称重。试样在真空($-0.08 \text{ MPa} \sim -0.085 \text{ MPa}$)条件下进行防腐处理,处理时间为 20 min,达到试样吸收药液基本饱和,取出试样,用滤纸轻擦表面至无药液时称重,用于计算载药量。试样气干至含水率 19%以下并在 $20^\circ\text{C} \sim 28^\circ\text{C}$ 环境下保存。

4.2.2 木材试样中防腐剂待测成分总质量的计算

木材试样中防腐剂待测成分的总质量(m)按式(1)计算:

式中：

m ——木材试样中防腐剂待测成分的总质量,单位为毫克(mg);

c ——防腐液中待测成分的质量分数, %;

m_G ——防腐处理时试样吸收药液的质量,单位为克(g)。

4.2.3 防腐剂待测成分载药量的计算

防腐剂待测成分的载药量(Ret)按式(2)计算:

中

Ret ——防腐剂待测成分载药量, 单位为千克每立方米(kg/m^3);

m ——木材试样中防腐剂待测成分的总质量, 单位为毫克(mg);

V ——防腐处理的试样体积,单位为立方厘米(cm^3)。

4.3 流失方法

将载药量相近的 6 块试样作为一组,置于 500 mL 烧杯中,加入 180 mL 去离子水,试样应浸没在去离子水液面以下,用搅拌子搅拌,每隔 6 h、24 h、48 h 更换去离子水一次,后每隔 48 h 更换去离子水一次,共计 14 d。每次更换的滤出液收集,合并后用于含量分析。

4.4 防腐剂待测成分流失率的计算

4.4.1 滤出液中防腐剂待测成分的质量(m_A)可根据滤出液的体积及滤出液中成分的浓度计算得出，滤出液中成分的浓度可根据 GB/T 23229 或其他标准分析计算得出。

4.4.2 防腐剂待测成分流失率(L)按式(3)计算:

式中：

L ——防腐剂待测成分流失率, %;

m_A ——滤出液中防腐剂待测成分的质量,单位为毫克(mg);

m ——木材试样中防腐剂待测成分的总质量, 单位为毫克(mg)。

4.5 结果的验证

分析结果可通过经流失后木材试样中防腐剂待测成分的保留率(R)进行验证, R 按式(4)计算:

式中：

R ——流失后木材试样中防腐剂待测成分的保留率, %;

m_B ——流失后木材试样中防腐剂待测成分的总质量,单位为毫克(mg);

m ——木材试样中防腐剂待测成分的总质量,单位为毫克(mg)。

式(4)中 m_B 可根据 GB/T 23229 或其他相关标准分析计算得出。

5 报告

以图或表的形式报告防腐剂待测成分流失率,报告时应注明试样树种、防腐处理对应的待测成分的浓度及载药量、试样后期干燥方法。

中华人民共和国
国家标准
木材防腐剂流失率试验方法

GB/T 29905—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2013年12月第一版 2013年12月第一次印刷

*

书号: 155066·1-47929 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 29905-2013